

**ОБАВЕШТЕЊЕ Бр.1**  
**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ЈН**  
**БРОЈ 26/2020**

Предмет: Додатна објашњења за јавну набавку добара – Опрема за преглед обезбеђивања, ЈН 26/2020, у поступку јавне набавке велике вредности по позиву објављеном на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, достављамо одговор на постављена питања у поступку јавне набавке добара – Опрема за преглед обезбеђивања.

**Питање бр.1:**

„ У складу са тачком 13. конкурсне документације, обраћамо вам се за додатна појашњења конкурсне документације.

У одељку IV- Услови за учешће у поступку јавне набавке-Обавезни услови, под тачком 5.1.1. захтева се да понуђач поседује важећу лиценцу за обављање радијационе делатности са изворима јонизујућих зрачења и то за промет уређаја који производе јонизујућа зрачења са складиштењем.

С обзиром да би се уређаји по царињењу одмах транспортовали и испоручили Наручиоцу, да ли је за Наручиоца прихватљива важећа дозвола за промет уређаја који производе јонизујућа зрачења, без складиштења?“

**Одговор бр.1:**

Поглављем IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова Наручилац је прописао за партију 1 и партију 2 Да понуђач мора да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75.ст.1. тач.5 Закона о Јавним набавкама) –да има важеће лиценце за обављање радијационе делатности са изворима јонизујућих зрачења и то:

1.1. за промет уређаја који производе јонизујућа зрачења са складиштењем.Наручилац је захтевао овај тип Лиценце из следећих разлога:

- С обзиром да Наручилац обавља услужну делатност у области ваздушног саобраћаја, тренутак завршетка поступка царињења и испоруке не мора се нужно поклопити са могућношћу Наручиоца да у том тренутку прихвати испоруку, монтажу и инсталацију због реда летења.

Поглављем III врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења и место испоруке добара, као и Моделом Уговора, Наручилац је прописао у делу „Гарантни рок“ -

„Понуђач мора да понуди гарантни рок од минимум 24 месеца од тренутка пуштања у рад. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхваљива.

Време одазива од тренутка пријављивања квара не сме бити дуже од 48 сати. За интервенције које захтевају сервис у радионици (изван локације купца) у гарантном року, изабрани понуђач сноси све трошкове транспорта.

Обезбеђен сервис на територији Републике Србије са уградњом оригиналних резервних делова.“

Из напред наведеног може се закључити да је због поправке, рендген уређај неопходно складиштити у просторије понуђача. Сервисер за потребе складиштења уређаја до поправке истог као и за складиштење резервних делова који представљају изворе јонизујућег зрачења мора поседовати адекватну лиценцу за промет уређаја који производе јонизујућа зрачења са складиштењем.

**Напомена:** ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА Бр.1 ЗА ЈН БРОЈ 26/2020 објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за ЈН 26/2020